

São Paulo, 01 de julho de 2024.

## PARECER TÉCNICO

Em atendimento à etapa de análise técnica referente Chamamento Público FAJ Nº 005/2024, cujo objeto é a "AQUISIÇÃO DE NOVE (09) FOCOS CIRÚRGICOS DE TETO COM DUAS CÚPULAS, INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTOS OPERACIONAIS E MANUTENÇÕES DURANTE A GARANTIA, PARA O INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA", encaminha-se o parecer referente às propostas e manifestações de recursos do processo. Para isso, tomaram-se como base as exigências contidas no item "14. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO(S) EQUIPAMENTO(S) E QUANTITATIVO(S)" no Anexo I do referido edital, bem como as contrarrazões apresentadas pela empresa GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. Assim seguem os apontamentos:

- **BARRFAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.**

1. A manifestação de recurso apresentada pela referida empresa diz respeito à separação do descritivo técnico em dois itens e o não atendimento da característica mínima de luminosidade, parâmetro "temperatura de cor", pelo equipamento ofertado através da empresa classificada, GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

Para tal cabe-nos ressaltar que a separação de itens mencionada se deu devido à necessidade de que as proponentes deveriam apresentar para o Item 02, equipamentos que possuam "Infraestrutura para futura instalação de câmeras" conforme especificado em edital.

Em relação ao parâmetro "temperatura de cor", entendemos que o equipamento ofertado pela empresa classificada atende os requisitos pré-estabelecidos em edital visto que os valores do parâmetro estão entre o intervalo máximo e mínimo solicitado.



# Fundação Adib Jatene

- **DRÄGER DO BRASIL LTDA, HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. e STRYKER DO BRASIL LTDA.**

1. A manifestação de recurso apresentada pelas referidas empresas diz respeito à incompatibilidade técnica do equipamento ofertado pela GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA acerca do parâmetro "quantidade de LEDs".

Haja vista a consulta ao manual de instruções e a carta/declaração do fabricante acerca do modelo de equipamento ofertado pela empresa GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, na qual é apresentado o conceito de subdivisão da quantidade de LEDs em pequenas fontes luminosas - "clusters", entendemos que a solução apresentada atende as necessidades dessa instituição com quantidades superiores de emissores de luz e, principalmente, sem perda da qualidade desejada quanto a intensidade luminosa mínima solicitada.

- **DRÄGER DO BRASIL LTDA.**

2. A manifestação de recurso apresentada pela referida empresa diz respeito à incompatibilidade técnica do equipamento ofertado pela GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA acerca do parâmetro "intensidade luminosa". A apresentação da instrução de uso aponta que o modelo ofertado GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA atende aos requisitos do edital, atingindo a iluminação de 160.000 lux sem restrição, conforme solicitado.

Ante o exposto, esta comissão concede **PARECER FAVORÁVEL à proposta da empresa GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** visto que a solução apresentada atende de maneira técnica e qualitativa os requisitos solicitados.

Atenciosamente,

*assinado eletronicamente*

**Brenda C. R. Prates / Gustavo Toro**  
**Comissão Técnica Julgadora**



*assinado eletronicamente*

**Dr. Mario Issa**  
**Comissão Técnica Julgadora**

*assinado eletronicamente*

**Rafaela de Souza Barros**  
**Comissão Técnica Julgadora**



**Parecer Comissão de Seleção – FAJ**

À Superintendência da FAJ

A/c Sr. Felipe Torres

Sr. Superintendente,

Trata-se de recursos administrativos interpostos pelas empresas **BARRFAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, DRÄGER DO BRASIL LTDA, HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. e STRYKER DO BRASIL LTDA**, em face da classificação da melhor proposta formulada pela **GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** no Chamamento Público FAJ Nº 005/2024, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE NOVE (09) FOCOS CIRÚRGICOS DE TETO COM DUAS CÚPULAS, INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTOS OPERACIONAIS E MANUTENÇÕES DURANTE A GARANTIA”

Todas as recorrentes alegam basicamente que os focos cirúrgicos da proponente vencedora não atenderiam o Edital em relação a parâmetros de “temperatura de cor”, “quantidade de LEDs” e “intensidade luminosa”.

Houve contrarrazões da empresa Getinge, refutando todas as alegações referentes a luminosidade e incompatibilidades técnicas referentes a quantidades de LEDs.

A Comissão Técnica do certame, analisando o que constou do manual dos equipamentos ofertados e da proposta vencedora, corroborou o entendimento manifestado na sessão de julgamento no sentido de que os focos cirúrgicos ofertados pela proponente Getinge cumpriram as exigências solicitadas, registrando ao final que:

*“Ante o exposto, esta comissão concede **PARECER FAVORÁVEL** à proposta da empresa **GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** visto que a solução apresentada atende de maneira técnica e qualitativa os requisitos solicitados”.*

Por essas razões, partindo da premissa que o posicionamento técnico da equipe de apoio é soberano, constatamos em acréscimo a total adequação dos procedimentos realizados durante



o certame e que ao final a Comissão declarou vencedora a proposta que ofertou o melhor equipamento pelo menor preço, atendendo aos princípios da vinculação ao edital, do julgamento objetivo e da economicidade na aquisição realizada.

Dessa forma, a Comissão de seleção se posiciona favoravelmente à manutenção da classificação da empresa **GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**, como medida de direito.

São Paulo, 10 de julho de 2024.

*assinado eletronicamente*

**José Barbuto Neto**

**Comissão de Seleção**

*assinado eletronicamente*

**Vanessa Farias Teixeira Martinez**

**Comissão de Seleção**

*assinado eletronicamente*

**Janaina Verderi**

**Comissão de Seleção**



# Fundação Adib Jatene

DESPACHO

1. À vista da manifestação da Comissão de Seleção, que acolho, **RECEBO** os Recursos Administrativos apresentados pelas empresas **BARRFAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, DRÄGER DO BRASIL LTDA, HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. e STRYKER DO BRASIL LTDA** e contrarrazoados pela empresa **GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**, no âmbito do Chamamento Público n. 05/2024, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE NOVE (09) FOCOS CIRÚRGICOS DE TETO COM DUAS CÚPULAS, INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTOS OPERACIONAIS E MANUTENÇÕES DURANTE A GARANTIA para o IDPC, e, no **MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO**, considerando que foram integralmente atendidos os requisitos técnicos em relação aos equipamentos ofertados e observadas as disposições do Edital, tanto nos aspectos procedimentais quanto de julgamento objetivo e atendidos os requisitos de competitividade e economicidade, que dão legitimidade às decisões adotadas.
2. Em decorrência, **DECLARO** vencedora a proposta apresentada pela empresa **GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**, para o fornecimento dos FOCOS CIRÚRGICOS DE TETO objeto do certame pelo valor total de R\$ 783.000,00 (setecentos e oitenta e três mil reais) observadas as condições previstas no Edital.
3. Publique-se e intime-se.

São Paulo, 10 de julho de 2024.

Felipe Rafael Torres  
**Superintendente Geral - FAJ**

# Protocolo de assinaturas

## Documento

---

**Nome do envelope:** Parecer Final - Focos Cirurgico

**Autor:** Janaina Verderi - janaina.verderi@fajsaude.com.br

**Status:** Finalizado

**HASH TOTVS:** 32-21-88-B6-89-A9-C2-B5-C6-11-EE-F7-23-C8-2F-C9-37-DC-5E-42

**SHA256:** 6437216a0e453d18c02f29f57ca90dd6f3de78bb996de0a3fb6982debfdb6db7

## Assinaturas

---

**Nome:** José Barbuto neto - **CPF/CNPJ:** 251.375.258-98 - **Cargo:** diretor

**E-mail:** jose.barbuto@fajsaude.com.br - **Data:** 10/07/2024 15:59:00

**Status:** Assinado eletronicamente como administrador

**Tipo de Autenticação:** Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

**Visualizado em:** 10/07/2024 15:58:00 - **Leitura completa em:** 10/07/2024 15:58:58

**IP:** 200.155.157.42

**Geolocalização:** -23.5515, -46.6343

José Barbuto neto

Assinatura

JN

Rubrica

**Nome:** Felipe Rafael Torres - **CPF/CNPJ:** 255.869.688-27 - **Cargo:** Superintendente Geral

**E-mail:** felipe.torres@fajbio.com.br - **Data:** 10/07/2024 16:03:17

**Status:** Assinado eletronicamente como administrador

**Tipo de Autenticação:** Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

**Visualizado em:** 10/07/2024 16:02:55 - **Leitura completa em:** 10/07/2024 16:03:13

**IP:** 200.155.157.42

**Geolocalização:** -23.585239, -46.6506963



Assinatura



Rubrica

**Nome:** Rafaela de Souza Barros - **CPF/CNPJ:** 443.942.608-50 - **Cargo:** Tecnóloga em Saúde

**E-mail:** rafaela.barros@dantepazzanese.org.br - **Data:** 10/07/2024 16:05:29

**Status:** Assinado eletronicamente

**Tipo de Autenticação:** Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

**Visualizado em:** 10/07/2024 15:58:09 - **Leitura completa em:** 10/07/2024 16:04:47

**IP:** 200.155.157.42

**Geolocalização:** -23.5515, -46.6343



Assinatura



Rubrica

**Nome:** Gustavo Henrique Silva Tóro - **CPF/CNPJ:** 398.301.538-78 - **Cargo:** Tecnólogo em Saúde

**E-mail:** gustavo.toro@dantepazzanese.org.br - **Data:** 10/07/2024 16:08:27

**Status:** Assinado eletronicamente

**Tipo de Autenticação:** Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

**Visualizado em:** 10/07/2024 16:07:46 - **Leitura completa em:** 10/07/2024 16:08:22

**IP:** 200.155.157.42

**Geolocalização:** -23.5859333, -46.660284

*Gustavo Tóro*

Assinatura

Rubrica

**Nome:** Mário Issa - **CPF/CNPJ:** 050.513.088-21 - **Cargo:** Diretor

**E-mail:** drmarioissa@yahoo.com.br - **Data:** 10/07/2024 16:20:10

**Status:** Assinado eletronicamente

**Tipo de Autenticação:** Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

**Visualizado em:** 10/07/2024 16:18:58 - **Leitura completa em:** 10/07/2024 16:19:36

**IP:** 201.1.97.230 - **IPV6:** 2804:7f0:6783:4218:21cb:5ce4:27c3:e778

**Geolocalização:** Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante

*Mário Issa*

Assinatura

Rubrica

**Nome:** Vanessa Farias Teixeira Martinez - **CPF/CNPJ:** 289.413.448-75 - **Cargo:** Coordenadora de Contratos e CEDOC

**E-mail:** vanessaft@fajsaude.com.br - **Data:** 11/07/2024 08:18:15

**Status:** Assinado eletronicamente

**Tipo de Autenticação:** Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

**Visualizado em:** 11/07/2024 08:18:07 - **Leitura completa em:** 11/07/2024 08:18:12

**IP:** 200.155.157.42

**Geolocalização:** -23.5859333, -46.660284

*Vanessa F. T. Martinez*

Assinatura

Rubrica

## Autenticidade

---

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=32-21-88-B6-89-A9-C2-B5-C6-11-EE-F7-23-C8-2F-C9-37-DC-5E-42>

HASH TOTVS: 32-21-88-B6-89-A9-C2-B5-C6-11-EE-F7-23-C8-2F-C9-37-DC-5E-42

